

# CS75

## aplikator szpulowy pola magnetycznego



### MAGNETOTERAPIA

- wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych



### PARAMETRY TECHNICZNE

#### Parametry magnetoterapii

- |  |        |
|--|--------|
| • maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora | 3 mT   |
| • maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora           | 4,5 mT |
| • maksymalna wartość zmiany indukcji                               | 9 mT   |

#### Parametry ogólne

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego | Ø 83,2 x 24,2 cm        |
| • masa  | 18 kg (Al) / 25 kg (Cu) |