PhysioMG 827

VER. 1.1

aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości

CECHY UŻYTKOWE

- 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- dwa niezależne kanały zabiegowe
- tryb manualny
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- baza wbudowanych programów zabiegowych
- baza programów użytkownika
- baza sekwencji użytkownika
- programy ulubione
- możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- statystyki przeprowadzanych zabiegów
- regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego

MAGNETOTERAPIA

- emisja ciągła i impulsowa
- kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, sinusoidalny dwupołówkowy, impulsowy dwupołówkowy, prostokątny jednopołówkowy, trójkątny jednopołówkowy, sinusoidalny jednopołówkowy, impulsowy jednopołówkowy
- opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi CPEP
- wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów
- zabiegi w Trybie Dualnym
- wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych
- nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej
- nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej

PROGRAMY ZABIEGOWE

• wbudowane programy zabiegowe, w tym:	263
programy CS75	50
programy CS60	50
programy CS35	28

programy CP	46
programy CPEP	45
programy Trybu Dualnego	44
• programy do ustawienia dla użytkownika	50
• programy ulubione	

SEKWENCJE ZABIEGOWE

• sekwencje do ustawienia dla użytkownika	10

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry magnetoterapii

• częstotliwość pracy	2 – 140 Hz
• maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora:	
aplikator CS75	3 mT
aplikator CS60	4 mT
aplikator CS35	10 mT
aplikator CP	3 mT
aplikator CPEP	25 mT
• maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora:	
aplikator CS75	4,5 mT
aplikator CS60	6 mT
aplikator CS35	12 mT
aplikator CP	12,5 mT
aplikator CPEP	50 mT
• maksymalna wartość zmiany indukcji:	
aplikator CS75	9 mT
aplikator CS60	12 mT
aplikator CS35	24 mT
aplikator CP	25 mT
aplikator CPEP	100 mT
• parametry trybu przerywanego	impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s
• spektrum częstotliwości	0 – 50 Hz
• zegar zabiegowy	30 s – 60 minut

Parametry ogólne

• wymiary aparatu	34 x 28 x 11 cm
• masa aparatu	7 kg
• zasilanie, pobór mocy	230 V, 50/60 Hz, 350 VA

CZĘŚCI STANDARDOWE

• przewód sieciowy	1
• okulary ochronne dla pacjenta	1
• magnes stały	1
• rysik do ekranu	1
• ścierka do ekranu LCD	1
• bezpieczniki zapasowe	2
• instrukcja użytkowania	1
• protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa	1
• paszport techniczny	1
• karta gwarancyjna	1

CZĘŚCI OPCJONALNE

- aplikator szpulowy CS75
- aplikator szpulowy CS60
- aplikator szpulowy CS35
- aplikator płaski CP ze statywem
- aplikator płaski CPEP
- leżanka pola magnetycznego typu LE_CS
- stolik pod aplikator pola magnetycznego CS35 typu ST_CS